

Ipiales, 3 de Octubre de 2018.

ACTA 61 DE 2018
AUDIENCIA DE ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES Y APORTACIÓN DE REQUISITOS
SUBSANABLES

CONVOCATORIA ABIERTA 06 DE 2018

OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Realizar la contratación de la dotación de equipos biomédicos para la nueva área de hospitalización, servicios diagnósticos y terapéuticos del Hospital Civil de Ipiales E.S.E.
DILIGENCIA	AUDIENCIA DE ANÁLISIS DE OBSERVACIONES Y APORTACIÓN DE REQUISITOS SUBSANABLES
MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONVOCATORIA ABIERTA ESTATUTO DE CONTRATACIÓN ARTÍCULO 18 Y ACUERDO 011 DE 2018
FECHA	3 de Octubre DE 2018
HORA	8:00 A. M
LUGAR	SALA DE JUNTAS

ORDEN DEL DÍA

1. **INSTALACIÓN**
2. **VERIFICACIÓN ASISTENCIA.**
3. **ANALISIS DE LAS OBSERVACIONES Y APORTACIÓN REQUISITOS SUBSANABLES**
4. **CONSIDERACIONES DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN**
5. **CIERRE DE LA AUDIENCIA.**

1. INSTALACIÓN.

En Sala de Juntas del Hospital Civil de Ipiales E.S.E, Siendo las 8:00 a.m del 3 de Octubre de 2018, se encuentra reunido el Comité de Contratación del Hospital Civil de Ipiales E.S.E y algunos invitados, con el fin de analizar las observaciones presentadas y aportación de requisitos de subsanación de la convocatoria abierta 006 de 2018 para realizar la contratación de la dotación de equipos biomédicos para la nueva área de hospitalización, servicios diagnósticos y terapéuticos del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., cuya vigencia es desde el día 16 de octubre de 2018 hasta el día 15 de diciembre de 2018.

Igualmente, se informa que según lo dispuesto en el artículo 37, parágrafo segundo del Estatuto de Contratación, la Profesional Universitaria de Recursos Físicos, actuará como secretaria Técnica en esta audiencia.

2. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

Miembros comité de contratación

Subgerente Administrativo – Harold Albeiro Delgado Marcillo
Subgerente de Prestación de Servicios – Víctor Hugo Ortega Calderón
Profesional Universitario de Recursos Físicos - María Eugenia Rosero
Profesional Universitario de Tesorería - Jorge Méndez
Profesional Universitario de Planeación – Gabriela Chamorro Huertas

Invitados

Revisoría fiscal – Delegada – Eliana Isabel Quistian - Presente
Control Interno – Pablo Andrés García Oña - Presente
Supervisor convocatoria - Esteban Acosta - Presente
Oficina Jurídica - Dra. Andrea Moreno - Presente

Verificada la existencia de quorum del comité contratación y constatando que se encuentran presentes al llamado a lista, se procede a dar inicio a la presente reunión.

3. ANALISIS DE LAS OBSERVACIONES Y APORTACIÓN REQUISITOS SUBSANABLES:

Verificado el orden del día, se presenta un cordial saludo a los asistentes y se explica el objetivo, alcance, trámite y dinámica de la presente.

Conforme al Cronograma publicado en el pliego de condiciones de la convocatoria, se procede hoy 3 de Octubre de 2018 a las 8:00 a.m., a iniciar el análisis las observaciones y aportación de requisitos subsanables, manifestando de ante mano que los documentos se aportaron dentro del término dado en el cronograma, de la siguiente manera:

OFERENTE NÚMERO 1 – DISPROMEDCOL:

EQUIPO OFERTADO	DOCUMENTO O ASPECTO A SUBSANAR.	OBSERVACIÓN
Centrifuga	<p>1. Información técnica: El oferente aporta ficha técnica en español, más sin embargo, de la Centrifuga no especifica si el equipo cuenta con un sistema de seguridad para detección de desbalanceo; nivel de ruido menor a 60 dB; Juego de adaptadores para tubos de 11-20 ml.</p> <p>2. Soporte técnico: La certificación aportada por el oferente no cumple con todas las requerimientos solicitadas en el pliego de condiciones para este punto, a saber: plan de mantenimiento, oportunidad ante las solicitudes de asistencia técnica, número de horas para la capacitación técnica y número de horas para la capacitación en manejo de usuarios, lo cual debía ser</p>	<p>1. <u>No aportó documento</u></p> <p>2. Subsanado correctamente.</p>

	ofertado mínimo por un (1) año.	
Termociclador	<p>1. Información técnica: El oferente no aporta ficha técnica del equipo ofertado, anexa un Brochure del Termociclador.</p> <p>2. Soporte técnico: La certificación aportada por el oferente no cumple con todas las requerimientos solicitadas en el pliego de condiciones para este punto, a saber: plan de mantenimiento, oportunidad ante las solicitudes de asistencia técnica, número de horas para la capacitación técnica y número de horas para la capacitación en manejo de usuarios, lo cual debía ser ofertado mínimo por un (1) año.</p>	<p>1. A criterio técnico cumple</p> <p>2. Subsanado correctamente.</p>
Horno	<p>1. Soporte técnico: La certificación aportada por el oferente no cumple con todas las requerimientos solicitadas en el pliego de condiciones para este punto, a saber: plan de mantenimiento, oportunidad ante las solicitudes de asistencia técnica, número de horas para la capacitación técnica y número de horas para la capacitación en manejo de usuarios, lo cual debía ser ofertado mínimo por un (1) año.</p>	<p>1. Subsanado correctamente.</p>
Incubadora	<p>1. Información técnica: El oferente aporta ficha técnica en español, más sin embargo de la incubadora no especifica la potencia. 2. Soporte técnico: La certificación aportada por el oferente no cumple con todas las requerimientos solicitadas en el pliego de condiciones para este punto, a saber: plan de mantenimiento, oportunidad ante las solicitudes de asistencia técnica, número de horas para la capacitación técnica y número de horas para la capacitación en manejo de usuarios, lo cual debía ser ofertado mínimo por un (1) año.</p>	<p>1. A criterio técnico cumple</p> <p>2. Subsanado correctamente.</p>
Microscopio binocular	<p>1. Soporte técnico: La certificación aportada por el oferente no cumple con todas las requerimientos solicitadas en el pliego de condiciones para este punto, a saber: plan de mantenimiento, oportunidad ante las solicitudes de asistencia técnica, número de horas para la capacitación técnica y número de horas para la capacitación en manejo de usuarios, lo cual debía ser ofertado mínimo por un (1) año.</p>	<p>1. Subsanado correctamente.</p>
Contador de células hemotológico	<p>1. certificado de distribuidor autorizado. El oferente no aporta carta de distribuidor autorizado para el equipo Contador de células hemotológico. 2. Información técnica: El oferente aporta ficha técnica en español, más sin embargo del Contador de células hemotológico, no especifica si el equipo cuenta con tecla de bloqueo para no modificar el conteo. 3. Soporte técnico: La certificación aportada por el oferente no cumple con todas las requerimientos</p>	<p>1. <u>No aporta documento</u></p> <p>2. <u>No aporta documento</u></p> <p>3. Subsanado correctamente.</p>

	solicitadas en el pliego de condiciones para este punto, a saber: plan de mantenimiento, oportunidad ante las solicitudes de asistencia técnica, número de horas para la capacitación técnica y número de horas para la capacitación en manejo de usuarios, lo cual debía ser ofertado mínimo por un (1) año.	
Centrifuga lavadora de células (Serofuga)	1. Información técnica El oferente aporta ficha técnica en español, más sin embargo, de la Centrifuga lavadora de células (Serofuga) no especifica si el equipo tiene motor libre de escobillas, 2. Soporte técnico: La certificación aportada por el oferente no cumple con todas las requerimientos solicitadas en el pliego de condiciones para este punto, a saber: plan de mantenimiento, oportunidad ante las solicitudes de asistencia técnica, número de horas para la capacitación técnica y número de horas para la capacitación en manejo de usuarios, lo cual debía ser ofertado mínimo por un (1) año.	1. A criterio técnico cumple 2. Subsanado correctamente.

Conclusión: Una vez revisados los documentos y las subsanabilidad aportada y contando con el criterio técnico que verifico la información, el comité tendrá como habilitado al oferente para los siguiente equipos: Termociclador, Horno, Incubadora, Microscopio Binocular, Centrifuga de lavadora de células (Serfuga)

OFERENTE NÚMERO 2 – ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT:

EQUIPO OFERTADO	DOCUMENTO O ASPECTO A SUBSANAR.	OBSERVACIÓN
Cabina de bioseguridad	1. El oferente no acredita experiencia en el RUP. 2. información técnica: El oferente presenta fichas técnicas en inglés. 3. Soporte Técnico: El oferente no apporto certificación del soporte técnico requerido	1. Aspecto no subsanable. 2. No aportó documento 3. Subsanado correctamente
Centrifuga	1. información técnica: El oferente presenta fichas técnicas en inglés. 2. Soporte Técnico: El oferente no apporto certificación del soporte técnico requerido	1. A criterio técnico cumple 2. Subsanado correctamente
Termociclador	1. Carta de Distribuidor Autorizado: El oferente no aporta carta de distribuidor autorizado. 2. El oferente NO aporta registro INVIMA. 3. Información técnica: La ficha técnica no especifica volumen de reacción, número de paneles, tiempo de resultados, fuente de alimentación eléctrica. 4. Soporte Técnico: El oferente no apporto	1. Subsanado correctamente 2. Subsanado correctamente



	certificación del soporte técnico requerido	<p>3. Presentó el documento, pero a criterio técnico el equipo ofertado NO cumple con lo requerido</p> <p>4. Subsanado correctamente</p>
Horno	1. El oferente no acredita experiencia en el RUP. 2. Soporte Técnico: El oferente no apporto certificación del soporte técnico requerido	<p>1. Aspecto no subsanable.</p> <p>2. Subsanado correctamente</p>
Incubadora	1. Soporte Técnico: El oferente no apporto certificación del soporte técnico requerido. 2. El oferente no apporto certificación del mantenimiento	<p>1. Subsanado correctamente</p> <p>2. Subsanado correctamente</p>
Pipeta Automática	1. Carta de Distribuidor Autorizado: El oferente no aporta carta adecuada de distribuidor autorizado. 2. aporta una ficha técnica de un modelo diferente al ofrecido. 3. Soporte Técnico: El oferente no apporto certificación del soporte técnico requerido. 4. El oferente no apporto certificación del mantenimiento	<p>1. Subsanado</p> <p>2. A criterio técnico cumple</p> <p>3. Subsanado correctamente</p> <p>4. Subsanado correctamente</p>
Microscopio Binocular	1. Carta de Distribuidor Autorizado: El oferente no aporta carta adecuada de distribuidor autorizado. 2. El oferente no acredita experiencia en el RUP. 3. información técnica: El oferente presenta fichas técnicas en ingles. 4. Soporte Técnico: El oferente no apporto certificación del soporte técnico requerido. 5. El oferente no apporto certificación del mantenimiento	<p>1. Subsanado</p> <p>2. Aspecto no subsanable.</p> <p>3. A criterio técnico cumple</p> <p>4. Subsanado correctamente</p> <p>5. Subsanado correctamente</p>
Contador de células hematológico	1. Carta de Distribuidor Autorizado: El oferente no aporta carta adecuada de distribuidor autorizado. 2. El oferente no acredita experiencia en el RUP. 3. Soporte Técnico: El oferente no apporto certificación del soporte	<p>1. Subsanado</p> <p>2. Aspecto no subsanable</p>



	técnico requerido. 4. El oferente no aporta certificación del mantenimiento	<p>3.Subsanado correctamente</p> <p>4.Subsanado correctamente</p>
Pipeta Automática	<p>1. Carta de Distribuidor Autorizado: El oferente no aporta carta adecuada de distribuidor autorizado. 2. información técnica: El oferente presenta fichas técnicas en inglés. 3. Soporte Técnico: El oferente no aporta certificación del soporte técnico requerido. 4. El oferente no aporta certificación del mantenimiento</p>	<p>1. Subsanado</p> <p>2. A criterio técnico cumple</p> <p>3.Subsanado correctamente</p> <p>4.Subsanado correctamente</p>
Centrifuga lavadora de células (Serofuga)	<p>1. Carta de Distribuidor Autorizado: El oferente no aporta carta adecuada de distribuidor autorizado. 2. Soporte Técnico: El oferente no aporta certificación del soporte técnico requerido. 3. El oferente no aporta certificación del mantenimiento</p>	<p>1. Serofuga</p> <p>2.Subsanado correctamente</p> <p>3.Subsanado correctamente</p>

Conclusión: Una vez revisados los documentos y las subsanabilidad aportada y contando con el criterio técnico que verifico la información, el comité tendrá como habilitado al oferente para los siguiente equipos: Centrifuga, incubadora, pipeta Automática, Microscopio Binocular, Contador de Células Hematológico, Pipeta Automática, Centrifuga lavadora de Células (Serofuga)

4: CONSIDERACIONES DEL COMITÉ.

A partir de la revisión antes referida, a continuación se enlistará el estado que ostenta cada uno de los oferentes, siendo claro, que para aquellos ítems que resultaron no ser habilitados, no se realizara evaluación de sus ofertas económicas ni de los demás aspectos de puntuación.

No. ITEM	EQUIPO	CANTIDAD	OFERENTE DISPROMEDCOL	OFERENTE ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT
1	Esterilizador	1	NO OFERTA	NO OFERTA
2	Nevera	3	NO OFERTA	NO OFERTA
3	Congelador	1	NO OFERTA	NO OFERTA
4	Sistema de Control de Temperatura	1	NO OFERTA	NO OFERTA
5	Cabina de bioseguridad	1	NO OFERTA	NO HABILITADO
6	Centrifuga	1	NO HABILITADO	HABILITADO



7	Termociclador	1	HABILITADO	NO HABILITADO
8	Horno	1	HABILITADO	NO HABILITADO
9	Incubadora	2	HABILITADO	HABILITADO
10	Pipeta automatica	14	NO OFERTA	HABILITADO
11	Microscopio Binocular	2	HABILITADO	NO HABILITADO
12	Contador de células hematológico	1	NO HABILITADO	HABILITADO
13	Pipeta automática	3	NO OFERTA	HABILITADO
14	Centrífuga lavadora de células (Serofugas)	1	HABILITADO	HABILITADO

5. CIERRE DE LA AUDIENCIA.

De acuerdo a lo anterior, se da por terminada la presente diligencia, y conforme a lo estipulado en el cronograma fijado en el pliego de condiciones, se publicarán el presente documento el día 5 de Octubre de 2018.

No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da en Ipaiales, a los tres (3) días del mes de Octubre de 2018.

GABRIELA CHAMORRO HUERTAS
Profesional Universitario de Planeación

VICTOR HUGO ORTEGA CALDERON
Subgerente Científico

JORGE MENDEZ
Profesional Universitario Tesorería

MARIA EUGENIA ROSERO
Profesional Universitario Recursos Físicos

HAROLD ALBEIRO DELGADO MARCILLO
Subgerente Administrativo

PABLO ANDRÉS GARCIA OÑA
Jefe de Control Interno

DIEGO ANTONIO AUX
Revisor Fiscal.

ORIGINAL FIRMADA

Cra 1 N° 4A - 142 Este - Av. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 722700
Conmutador 7732234 – 7733949 Fax 7733699
Correo: juridica@hci.gov.co http: www.hci.gov.co
IPIALES – NARIÑO – COLOMBIA

