



301-035
Ipiales, 16 de febrero de 2022

Doctor
DANIEL CORAL LARA
Abogado Oficina Jurídica
Hospital Civil de Ipiales E.S.E.

H. OFICINA JURÍDICA
Recibido: Diana C.
Hora: 5:28
Fecha: 16-02-22

Asunto: Revisión propuestas Convocatoria Mínima Cuantía N. 016 Material Médico-Quirúrgico 2022.

Cordial saludo:

Para su conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos informarle que, una vez revisadas las propuestas presentadas para la adjudicación de material médico-quirúrgico de productos que se manejan en almacén general y verificadas algunas fichas técnicas que se recibieron, se tiene lo siguiente:

1. **LIFE SUMINISTROS:** para el producto PLACA QUIRÚRGICA PACIENTE ADULTO REF 9130, no cumple las especificaciones técnicas requeridas por el hospital, siendo que ofertan es una placa doble y lo que se requiere es placa monobulada; los demás productos cumplen con las especificaciones técnicas.
2. **CENG MULTISUMINISTROS:** para PLACA QUIRURGICA PACIENTE ADULTO REF 9130 no presentaron ficha técnica, por consiguiente, no se puede revisar las especificaciones técnicas, para los demás productos cumple con las especificaciones requeridas.
3. **COBO:** para PLACA QUIRURGICA PACIENTE ADULTO REF 9130 no presentaron ficha técnica, por consiguiente, no se puede revisar las especificaciones técnicas.
4. **BIOFARDIX:** para el producto PLACA QUIRURGICA PACIENTE ADULTO REF 9130, no cumple las especificaciones técnicas requeridas por el hospital, siendo que ofertan es una placa doble y lo que se requiere es placa monobulada; los demás productos cumplen con las especificaciones técnicas.

Elaboró:

Yobana Apráez Acosta

Revisó

Procedimiento
y texto

Maria Eugenia Rosero



Cra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 733799
Conmutador 7732234 - 7733949 Fax 7733699
Correo: recursosfisicos@hci.gov.co <http://www.hci.gov.co>
IPIALES - NARIÑO - COLOMBIA



Atentamente,




HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



5. INTERCOMERCIAL: para el producto PLACA QUIRURGICA PACIENTE ADULTO REF 9130, no cumple las especificaciones técnicas requeridas por el hospital, siendo que ofertan es una placa doble y lo que se requiere es placa monobulada; los demás productos cumplen con las especificaciones técnicas.


Por lo anterior, comedidamente solicitamos tener en cuenta dichas novedades para la adjudicación de los productos requeridos.

Atentamente,


MARIA EUGENIA ROSERO E.
P.U. Recursos Físicos



YOBANA APRAEZ A.
Almacenista

Elaboró:


Yobana Apráez Acosta

Revisó

Procedimiento
y texto


Maria Eugenia Rosero



Cra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 733799
Conmutador 7732234 - 7733949 Fax 7733699
Correo: recursosfisicos@hci.gov.co http: www.hci.gov.co
IPIALES - NARIÑO - COLOMBIA

