

EQUIPOS PATRON CONVOCATORIA DE MENOR CUANTIA CME 015-2022

EQUIPOS PATRON	BIOELECTROMEDICAL	OBSERVACIONES	STERILIZE SERVICE	OBSERVACIONES	IMEDSUR	OBSERVACIONES
	CUMPLE		CUMPLE			
Simulador de paciente con parámetros ECG	Si		Si		Si	
Simulador para monitor fetal	Si		Si		Si	
Simulador de presión (invasiva no invasiva)	Si		Si		Si	
Analizador de desfibrilador	Si		Si		Si	
Analizador de electrobisturí	Si		Si		Si	
Luxómetro	Si		Si			
Radiometro	No	Se anexa certificado N° L3371, folio 534, sin embargo no se demuestra veracidad del mismo en el correo del laboratorio BIOSANCTA.	Si		No	Presenta hoja de vida del equipos en el folio 135, sin embargo los datos de marca y serie no coinciden con los datos del certificado de calibración N° DE1101-22 del folio 136.
Analizador de flujo	Si		Si		Si	
Tacómetro digital	Si		Si		Si	
Juego de masas patrón para balanzas adulto, pediátrica	Si		Si		No	Se presentan certificados de calibración N° CLM10121, con fecha de calibración 18/02/2021 en el folio 152 y certificado de calibración N° CLM 14621, con fecha de calibración 19/02/2021, en el folio 156. Aclarar vigencia de la calibración de acuerdo a periodicidad definida por el laboratorio IMEDSUR.
Patrón de termo higrometría	Si		Si		No	Presenta hoja de vida del equipos en el folio 162, sin embargo la serie y el código interno no coinciden con los datos del certificado de calibración N° HM20112-21 del folio 163.
Analizador de ventilación mecánica.	Si		Si		Si	
Simulador de incubadoras de cuidado infantil	No	Se anexa certificado N° L3377, sin embargo no se demuestra veracidad del mismo en el correo del laboratorio BIOSANCTA.	Si		Si	
Balanza analítica	Si		Si		Si	