



301 - 304

Ipiales 27 de septiembre de 2022

Señores
COMITÉ DE CONTRATACION
Hospital Civil de Ipiales

Cordial saludo

Adjunto FO- 2275_cuadro_comparativo_ofertas_economicas Equipos, en donde se evaluó una única propuesta económica presentadas por las empresas: STERILIZE SERVICE S.A.S, de acuerdo a la convocatoria de Mínima Cuantía N° 089 de 2022, para la adquisición de equipos biomédicos. En la evaluación se tuvieron en cuenta las fichas técnicas de los equipos.

Atentamente,

MARIO ANDRÉS ERAZO QUENGUAN
Coordinador de Ingeniería



CUADRO COMPARATIVO OFERTAS ECONOMICAS EQUIPOS

FO- 2275

Versión: 1

Vigencia 09/06/2021

CARACTERISTICAS MINIMAS SOLICITADAS

BAÑO MARIA

\$ 4.445.999

STERILIZE SERVICE S.A.S

Observaciones

CUMPLE

Observaciones

Volumen mínimo 7 litros

Rango de temperatura entre 10°C-100°C

Indicador de temperatura y tiempo del programa

Sistema de seguridad para desconexión cuando se presente sobrecalentamiento

Temporizador digital, configurable desde 1 min hasta 100 horas

Fabricado en material resistente a la corrosión

Fuente de alimentación eléctrica 110 V ac - 220 V ac, frecuencia 60Hz.

Total positivos

0

7

0%

0

7

0%

CONCEPTO:

El equipo cumple con lo solicitado

Coordinador Ingeniería Hospitalaria

