	ACTAS – COMITÉS	FO- 1030		
		Versión: 4	Vigencia: 17/03/2023	Revisión : 17/03/2023

ACTA No. 103

COMITÉ O PROCESO:	Comité de Contratación
FECHA:	01 de septiembre de 2023
HORA INICIO:	10:00 a.m.
HORA FINALIZACION:	10:30 a.m.
LUGAR:	Sala de Juntas
OBJETIVO:	Recomendación de adjudicación Convocatoria Menor Cuantía CME N° 016 de 2023 "ADQUISICIÓN DE DOS (2) INCUBADORAS NEONATALES DOBLE PARED CON HUMEDAD Y SEIS (6) LAMPARAS DE FOTOTERAPIA TECNOLOGÍA LED, PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E."

En la sala de Juntas del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., el día primero (01) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), se reunieron los integrantes del Comité de Contratación con el objeto de realizar recomendación de Adjudicación dentro de la Convocatoria de Menor Cuantía CME N° 016 de 2023, cuyo objeto consiste en el **"ADQUISICIÓN DE DOS (2) INCUBADORAS NEONATALES DOBLE PARED CON HUMEDAD Y SEIS (6) LAMPARAS DE FOTOTERAPIA TECNOLOGÍA LED, PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E."**

El desarrollo de la presente reunión se llevará a cabo con el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Reunión por parte de la presidenta del Comité de Contratación.
2. Verificación del Quórum
3. Recomendación de Adjudicación.
4. Lectura y aprobación del acta.

Desarrollo de la Reunión:

1. Instalación de la reunión por parte de la presidenta del Comité de Contratación.

La Dra. Yaneth Lisvania Revelo Narvárez, Subgerente Administrativa, brinda un saludo a los miembros del Comité de Contratación, señalando la trascendencia e importancia de la presente contratación para el buen funcionamiento de la institución.

2. Verificación del Quórum.

Contestaron como integrantes del Comité:

Yaneth Lisvania Revelo Narvárez
Luis Antonio Guzmán Rosero
María Eugenia Rosero Estupiñán

Subgerente Administrativa
Subgerente de Prestación de Servicios
P.U. Recursos Físicos


Invitados:

Daniel Coral Lara
Sindy Loren Dueñas Torres

Líder Gestión Jurídica y Contratación
Abogada de Apoyo Gestión Jurídica y Contratación.

3. Recomendación de Adjudicación

El comité de contratación pregunta si se recibieron observaciones al informe de evaluación de la presente convocatoria, a lo que la Dra. Sindy Dueñas - manifiesta que: "una vez revisado el correo electrónico


	ACTAS – COMITÉS	FO- 1030		
		Versión: 4	Vigencia: 17/03/2023	Revisión : 17/03/2023

institucional convocatorias@hci.gov.co no se allegó ninguna observación en el término establecido en el cronograma del pliego de condiciones”.

Por lo anterior y una vez agotadas las etapas precontractuales y de conformidad al informe de evaluación El Comité de Contratación **RECOMIENDA:**

Primero: ADJUDICAR a la empresa **EQUITRONIC SAS**, identificada con NIT 811.030.191-9, representada legalmente por **SANDRA MARIA NICHOLLS RUIZ** Identificada con c. de c. 43.721.403 las incubadoras neonatales de acuerdo a las características descritas a continuación, por valor de CIENTO DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$ 116.382.000)

CARACTERISTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS PARA INCUBADORA NEONATAL ESTACIONARIA	CANTIDAD	Valor unitario ofertado, incluido IVA
DOBLE PARED	2	\$58.191.000
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD POR MICROPROCESADOR		
RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 23°C a 37 °C CON RANGO SOBRE AMPLIADO A 39°C., CON INCREMENTOS DE 0.1 °C.		
RANGO DE TEMPERATURA SERVOCONTROLADO DE PIEL (PACIENTE) ENTRE 35°C A 37.5°C CON INCREMENTOS DE 0.1 °C.		
CONTROL DE ALTURA AJUSTABLE ELECTRONICO O MANUAL CON PEDAL		
CON MINIMO 5 PUERTAS DE ACCESO		
APERTURAS PARA ACCESOS DE TUBOS DE INFUSION INTRAVENOSA Y OTROS LIQUIDOS		
SISTEMA DE INCLINACIÓN PARA POSICION TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSA		
SISTEMA DE SERVOCONTROL AJUSTE DE HUMEDAD EN UN RANGO ENTRE 40%-95%		
BALANZA INTEGRADA PARA CONTROL DE PESO DE HASTA 10 Kg		
PANEL DE CONTROLES CON VISUALIZACIÓN DE PARAMETROS EN PANTALLA LCD O LED DE 4" MÍNIMO		
ALARMAS VISUALES Y AUDIBLES PARA BAJA Y ALTA TEMPERATURA DE PIEL		
ALARMAS VISUALES Y AUDIBLES PARA BAJA Y ALTA TEMPERATURA DE AIRE		
ALARMAS VISUALES Y AUDIBLES PARA FALLA EN SENSORES		
ALARMAS VISUALES Y AUDIBLES PARA ALTA Y BAJA HUMEDAD		
ALARMAS VISUALES Y AUDIBLES PARA FALLA DE ALIMENTACION ELECTRICA		
COLCHON ANTIESCARAS CON CUBIERTA LAVABLE E IMPERMEABLE		
NIVEL DE RUIDO EN EL INTERIOR DEL CAPACETE MENOR O IGUAL A 50 DBA		
SUBTOTAL		
IVA		\$ 9.291.000
TOTAL		\$116.382.000

	ACTAS – COMITÉS	FO- 1030	
		Versión: 4	Vigencia: 17/03/2023

Segundo: ADJUDICAR a la empresa **ELECTROMEDICA EQUIPOS MEDICOS SAS**, identificada con NIT 900.585.549-6, representada legalmente por CARLOS ANDRES SALINAS GIRALDO identificado con c. de c. 10.002.699 las lámparas de fototerapia de acuerdo a las características descritas a continuación, por valor de **CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 41.400.000)**.

CARACTERISTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS PARA LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO, INCLUIDO IVA
TECNOLOGIA FUENTE DE LUZ LED AZUL	6	\$ 6.900.000
LONGITUD DE ONDA OPTIMA ENTRE ≥ 450 nm		
INTENSIDAD DE RADIACION $> 40\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$		
CONTADOR DE HORA DE USO		
SISTEMA DE AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ		
FUENTE DE ALIMENTACION ELECTRICA 120 Vac/ 60Hz		
SUBTOTAL		\$ 34.789.916
IVA		\$ 6.610.084
TOTAL		\$ 41.400.000


4. Lectura y aprobación del acta.

Una vez finalizada la reunión, se procede a levantar el acta, la cual es leída y puesta a consideración de los integrantes del comité por parte de la presidenta, la misma es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.


Para constancia se firma en Ipiales, el día primero (01) del mes de septiembre de dos mil veintitrés (2023)




YANETH LISVANIA REVELO NARVÁEZ
Subgerente Administrativa




LUIS ANTONIO GUZMAN ROSERO
Subgerente de Prestación de Servicios



MARIA EUGENIA ROSERO ESTUPIÑÁN
P.U: Recursos físicos



DANIEL CORAL LARA
Líder de Gestión Jurídica y Contratación
Invitado



SINDY LOREN DUEÑAS TORRES
Abogada de Apoyo Gestión Jurídica y Contratación
Invitada