



CUADRO COMPARATIVO OFERTAS
ECONÓMICAS EQUIPOS

FO- 2275

Versión: 1

Vigencia
09/06/2021

ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE			
	IMEDSUR			
	\$ 195.768.000	Observaciones		
Incluir certificados de calibración de equipos patrón a nombre del laboratorio, como mínimo tres (3) dataloggers de temperatura que trabajen dentro de un rango mínimo entre de -30°C a 10°C.	Si			
El laboratorio debe contar con dos equipos analizadores de ventiladores para cubrir la demanda del hospital	Si			
Incluir certificación de entidades donde se haya realizado calificación de la cadena de frío para banco de sangre, laboratorio clínico o centrales de mezclas.	Si			
El laboratorio debe incluir hoja de vida, como mínimo de 2 Ingenieros y/o biomédico o afines, con experiencia mínima de un año en actividades de calibración de equipos biomédicos.	No	En la propuesta no se encuentran hojas de vida del personal requerido		
El laboratorio debe contar como mínimo con 3 sensores de temperatura para autoclaves con su respectiva calibración trazado al Sistema Internacional, el personal deberá contar con experiencia en calificación o validación de autoclaves.	Si			
El laboratorio debe contar con dos equipos analizadores de ventilación para cubrir la demanda del hospital.	Si			
El laboratorio seleccionado deberá contar con un stock de mínimo 15 termómetros y termohigrómetros, con certificado de calibración vigente.	Si			
El laboratorio deberá contar con acreditación de organismo competente en las variables de presión, temperatura, humedad y masa.	Si			
Total positivos		7	0	0
Total de especificaciones		8	8	8
% de cumplimiento de especificaciones		88%	0%	0%

CONCEPTO:
Se analizó la propuesta presentada por la empresa IMEDSUR S.A.S, la cual no cumple con la totalidad de los requerimiento técnicos exigidos por el Hospital Civil de Ipiques E.S.E en el pliego de condiciones.

Mario A. Escobar
Coordinador Ingeniería Hospitalaria

[Signature]
Técnico de Mantenimiento HCI

Recibido
3:50 pm
07-04-2023